

Постельное белье Альфикс

Техническое задание

Медицинское изделие: Белье постельное медицинское многоцветное влагонепроницаемое АльцФикс™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 27.06.2022 № РЗН 2019/8919.

Влагонепроницаемое дышащее постельное белье эффективно защитит матрас, одеяла и подушки от регулярных сильных загрязнений в уходе за лежачими больными. Изготовлено из современного би-эластичного воздухопроницаемого материала. Нижняя сторона – дышащая мембранная ткань с микропорами, она эффективно задерживает влагу и в то же время не перекрывает доступ кислороду. Верхняя – приятный на ощупь махровый слой.

| | |
|--|---|
| Материал | Трикотажная мембранная ткань Состав: 100% полиэфир с покрытием полиуретаном Плотность не менее 130 г/м ² Сорбционная емкость - не более 5 мл/м ² *мин Водоупорность - не менее 450 мм вод. ст. Воздухопроницаемость не менее 3 дм ³ /м ² *с Би-эластичность: тянется в двух направлениях Уход: 1. Устойчиво к многократным машинным стиркам с добавлением моющего средства при температуре +40° С. 2. Устойчиво к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода. 3. Устойчиво к воздействию биологических жидкостей - слюна, моча, пот, кровь (подтверждено лабораторно: после стирки на ткани не остается следов растворов) |
| Стандарт изготовления | 1. ТУ 32.50.50-002-17241647-2019 2. Все требуемые ГОСТ (полный перечень приведен в Инструкции по применению) |
| Гарантийный срок эксплуатации Срок годности | 12 месяцев 24 месяца |
| Медицинское изделие | Белье постельное медицинское многоцветное влагонепроницаемое АльцФикс™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 26.07.2021 № РЗН 2019/8919 |
| Токсикологические исследования | Проведены в полном объеме. Подтверждена безопасность при длительном контакте с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками пациента, а также использование для предотвращения перекрестного заражения. Заключение №9-19 от 28.01.2019 ООО «Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий» Испытательная лаборатория «Токсиколог» |
| Технические испытания | Проведены в полном объеме. Подтверждены свойства воздухопроницаемости и водонепроницаемости , соответствие ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Протокол №19-1473 от 25.03.2019 ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ» |
| Клинические испытания | Проведены в полном объеме. Подтверждено качество, эффективность и безопасность медицинского изделия в условиях стационара. Акт №16/19 от 12.04.2019 ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» |

1. Непромокаемая простыня на резинках 90x200

| № | Технические | 90x200 см | 120x200 см | 140x200 | 160x200 см | 180x200 см |
|---|-------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
|---|-------------|-----------|------------|---------|------------|------------|

| п/п | характеристики | артикул af018 | артикул af018_4 | см артикул af018_1 | артикул af018_2 | артикул af018_3 |
|------|----------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1. | Размеры: | | | | | |
| | ширина, мм | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| | длина, мм | 2000 | | | | |
| | количество угловых резинок | 4 | | | | |
| 1.2. | Цвет | белый | | | | |
| 1.3. | Состав | 100% полиэфир с покрытием полиуретаном | | | | |

2. Непромокаемая дышащая наволочка

| № п/п | Технические характеристики | 50x70 см артикул af019 | 70x70 см артикул af019_1 |
|-------|----------------------------|--|--------------------------|
| 2.1. | Размеры: | | |
| | ширина, мм | 500 | 700 |
| | длина, мм | 700 | |
| 2.2. | Цвет | белый | |
| 2.3. | Состав | 100% полиэфир с покрытием полиуретаном | |
| 2.4. | Тип застежки | запашной клапан | |

3. Непромокаемый пододеяльник 150x220

| № п/п | Технические характеристики | Величина параметра |
|-------|----------------------------|--|
| 3.1. | Размеры: | |
| | ширина, мм | 1500 |
| | длина, мм | 2200 |
| 3.2. | Цвет | белый |
| 3.3. | Состав | 100% полиэфир с покрытием полиуретаном |
| 3.4. | Тип застежки | магнитные кнопки 3 штуки |