

**Страховочное устройство для кровати
«Мягкие съёмные бортики-ограничители»**

Техническое задание

Коды изделия:

ОКПД2	13.92.29.190
ТН ВЭД	6307909800

Мягкие бортики-ограничители представляют собой основу по ширине кровати, которая крепится к матрасу или основанию кровати с помощью трех длинных строп. Стропы протягиваются под матрасом или кроватью и застегиваются на фастексы с передней стороны.

Основа изготовлена из хлопковой ткани с мягким наполнителем внутри. С двух сторон по бокам основы выполнены петли из стропы, в которые вставляются валики-ограничители. Возможно использование с одним или с двумя валиками. При использовании основы с одним валиком свободные петли с другой стороны просто заправляются за матрас, оставляя пациенту больше свободного пространства.

Валики выполнены из поролона и снабжены съёмными непромокаемыми наволочками из мембранной ткани. Ткань дышащая, непромокаемая, не пропускает пыль и микроорганизмов (поролон под ней всегда останется чистым), износостойкая.

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначены для предотвращения случайного падения пациента с кровати	Полное соответствие
1.2.	Бортики (валики) выполнены съёмными	Полное соответствие
1.3.	Наволочки валиков выполнены съёмными на молнии	Полное соответствие
1.4.	Варианты комплектации:	
	1. Мягкие съёмные бортики на кровать 90-120 см (на 1 сторону)	на ширину кровати 900-1200 мм основа – 1 шт., валик – 1 шт.
	2. Мягкие съёмные бортики на кровать 90-120 см (на 2 стороны)	на ширину кровати 900-1200 мм основа – 1 шт., валик – 2 шт.
	3. Мягкие съёмные бортики на кровать 140-160 см (на 1 сторону)	на ширину кровати 1400-1600 мм основа – 1 шт., валик – 1 шт.
	4. Мягкие съёмные бортики на кровать 140-160 см (на 2 стороны)	на ширину кровати 1400-1600 мм основа – 1 шт., валик – 2 шт.
1.5.	Размер:	
	1. Основа на ширину кровати 900-1200 мм длина ширина	450 мм 800 мм
	2. Основа на ширину кровати 1400-1600 мм длина ширина	450 мм 1300 мм
	3. Валик длина диаметр	550 мм 180 мм
1.6	Длина свободных концов строп основы на ширину кровати 90 см, мм	1860 ± 10%

	Длина свободных концов строп основы на ширину кровати 140 см, мм	2360 ± 10%
1.7.	Максимальная допустимая высота матраса	250 мм
1.8.	Расположение застежек фастексов относительно матраса – с боковой стороны	Полное соответствие
1.9.	Материалы: Кордо-капроновая лента (стропа) Основа: 100% хлопок, наполнитель - синтепон Валик: чехол - мембранная ткань (100% полиэфир), наполнитель - поролон	Полное соответствие

