

Подушка под ухо противопрележная
Техническое задание

Медицинское изделие: Подушка ортопедическая противопрележная АльцФикС™ по ТУ 32.50.22-003-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 27.06.2022 № РЗН 2021/15212.

Коды изделия:

ОКПД2	32.50.22.129
ТН ВЭД	9404908000
Вид медицинского изделия (НКМИ)	185030

Противопрележная подушка под ухо сконструирована специально для пациентов с повреждениями кожных покровов в области уха. Благодаря отверстию, ухо больного находится в подвешенном состоянии и не соприкасается с плотной поверхностью подушки или кровати. Поврежденный участок кожи оказывается на весу, снимается давление с тканей и нормализуется приток крови. Заживление прележня происходит значительно быстрее.

Подушка изготовлена из полностью дышащих материалов и наполнена специальным мягким упругим наполнителем из полого спирального волокна (холлофайбера).

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для уменьшения постоянного давления на зону ушной раковины в ходе профилактики и лечения прележней, опрелостей и других заболеваний кожи аналогичного генезиса	соответствие
1.2.	длина, мм ширина, мм диаметр внутреннего отверстия, мм высота в области шеи, мм высота в области макушки, мм	400 400 110 80 100
1.3.	Наполнитель – полое спиральное волокно (холлофайбер)	соответствие
1.4.	Материал чехла – 100% хлопок	соответствие
1.5.	Съемная наволочка из мембранной ткани (100% полиэфир)	соответствие

